



**Positivstoff-Liste für Absaugung mit Umluftfilteraufsatz UFA.20.30**  
**list of inflamable solvents filtered by circulation air filter unit UFA.20.30**

Lösemittel/solvents	
1	Aceton
2	Acrylnitril
3	Ammoniak
4	Amylalkohol
5	Anilin
6	Benzol
7	Butanon
8	Butylacetat
9	Butylalkohol
10	Chlorbutadien
11	CS 2
12	Cyclohexan
13	Dichlorethan
14	Dichlorethen
15	1,2 Dichlorethen (cis)
16	Dichlorethylether
17	Dichlormethan
18	Dichlornitroethan
19	Dichlorpropan
20	Diethylketon
21	Dioxan
22	Dipropylketon
23	Ethanol
24	Ethylacetat
25	Ethylacrylat
26	Ethylbenzol
27	Ethylbromid
28	Ethylchlorid
29	Ethylmercaptan
30	Frigen
31	Heptan
32	Hexan (n-)
33	Isopropanol
34	Isopropylether
35	Kresol
36	Mesityloxid
37	Methanol
38	Methylacetat
39	Methylacrylat
40	Methylbutylketon
41	Methylchlorid
42	Methylcyclohexan
43	Methylether
44	Methylethylketon
45	Methylisobutyleton
46	Methylmercaptan
47	Naphthalin
48	Nitrobenzol
49	Nitroethan
50	Nitromethan
51	Nitropropan
52	Nonan
53	Octan
54	Pentan
55	Pentanon
56	Phenol
57	Propanol
58	Propylchlorid
59	Propylen
60	Styrol
61	Tetrahydrofuran
62	Tetrahydrothiophen
63	Toluol
64	Toluol-H <sub>2</sub> O
65	Vinylchlorid
66	Xylol

Bitte beachten Sie in Österreich die Grenzwertverordnung 2006, §15 - Umluftverbot bei Verwendung von eindeutig krebserzeugenden Arbeitsstoffen.